



Дел.бр.: 10/517-4
Датум: 14.06.2019.

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности број 17/2019- Проточни цитометар

Питања:

Poštovani,

Kako nabavka opreme za obezbeđivanje uslova za transplataciju matičnih ćelija hematopoeze, odnosno radi opremanja javne/porodične banke krvi pupčanika-Protočni citometar, predstavlja specifičnu analizu dragocenih uzoraka molimo Vas da potvrdite, šta je neophodno za stavku- dodatak za predpripremu (homogenizaciju) solidnih tkivnih uzoraka za dalju analizu na protočnom citometru;

Da li je potrebno ponuditi takav tkivni homogenizator za koji je pokazano da je adekvatan predkorak analize na protočnom citometru, i to tako da ćelije iz uzorka ostanu metabolički aktivne zahvaljujući primeni 3D osmofigurnog kretanja kuglica za homogenizaciju.

Ovim se postiže da je uzorak ravnomerno homogenizovan za kraće vreme uz razvijanje daleko manje temperature homogenizacije, u poređenju sa standardnim homogenizatorima. Ovo je posebno važno za identifikaciju termolabilnih molekula poput RNK i proteina, čija je ekspresija često predmet analize.

Molimo vas da na osnovu gore navedenog pitanja, izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОРИ:

Poštovani,

Traženi tkivni homogenizator će se koristiti u pripremi za protočnocitometrijsku analizu solidnih tkiva, pre svega tumora u cilju određivanja antigenske ekspresije, ploidiје I proliferativnog indeksa te i nije neophodna primena 3D osmofigurnog kretanja kuglica za homogenizaciju.

Naručilac ostaje pri konkursnoj dokumentaciji.

Комисија за ЈН 17/2019