



Дел.бр.:

10/720-8

Датум:

20 JUL 2020

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну набавку број 35/2020–Набавка потрошног санитетског материјала.  
На основу члана 63 став 2 Закона о Јавним набавкама заинтересована лица понуђача су тражила одређена појашњења

### Питања:

**I** Имамо питања у вези ЈН за Медицински потрошни санитетски материјал.

**Партија 14.** Додатак за инфузиону боцу са филтером од 0,45 микрона за вишедозна извлачења раствора, ВВгауп или одговарајући

Питање: може ли филтер да буде 0,50 микрона? Наведен филтер одговара само једном производјачу ( који је и наведен) у свету.

**Партија 21. МОНИТОРИНГ ЛИНИЈЕ И СЛАВИНЕ**

Питање: Да ли можете да прву позицију ( мониторинг линије) раздвојите **или** да из позиција 21/2 и 21/3 искључите „safe flow“.

Наиме назив „safe flow“ је ТМ ( trade mark) само једне компаније и друге га не могу користити. Са малом количином 21/2 ( 100 комада) и 21/3 ( 100 комада) партија 21 је „закључана“ за једног понуђача, чиме је повредјено правило конкуренције

**Партија 22:** Славина трокрака са продужетком од 10 цм отпорна на утицај липида и цитотоксина  
Славина трокрака без продужетка отпорна на утицај липида и цитотоксина

Питање: Као пример цитотоксичне супстанце, у каталогу производа који је рађен по ЕУ стандардима, изабран је алкохол.

Да ли је то прихватљиво? Можете ли да наведете која цитотоксична супстанца је стандард који се прихвата?

Питање: да ли се може понудити да трпи притисак од 2 бара, јер од 3 бара је ограничено на само једног понудјача. Трокрака славина за инфузиону терапију и мониторинг, дозвољена употреба липида. Од поликарбоната, са затварачем од полипропилена, без пвц-а, латекса, дехп, фталата, затварање и отварање протока препознатљиво на додир, могућност ротације 360°, трпи притисак до 3 бара.

### **II појашњење**

У складу са чланом 63. ЗЈН ( "Сл.гласник РС", бр.124/2012, 14/2915, 68/2015) молимо Вас да нам благовремено дате појашњење конкурсне документације, а све како би потенцијални понуђачи били у могућности да поднесу одговарајуће и прихватљиве понуде.

Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете поступити у складу са члановима 10.,70. И 72. ЗЈН ("Сл.гласник РС", бр.124/2012, 14/2915, 68/2015 ) у односу на следеће захтеве техничке спецификације:

**1. Питање:** Партија 228, 229:

У техничкој спецификацији навели сте Спојени СМС- појачани креп папир", с обзиром да Ваша установа није користила ову генерацију папира за стерилизацију него појени СМС- креп папир", Молимо Наручиоца да изврши измену техничке спецификације.

**2. Питање:** Партија 242/3

У техничкој спецификацији захтевана је димензија равне ролне 210мм x 70м, обзиром да је наведена димензија престале да се производи 01.03.2020., молимо Наручиоца да изврши измену димензије равне ролне. Заменска димензија за равну ролну је 220мм x 70м.

**III Појашњење**

Овим путем Вам се обраћамо у вези јавне набавке бр. 35/2020 Медицински потрошни санитарни материјал, Партија 225: Самолепљива фолија за оперативно поље са повидоном 56x45цм. Молимо Вас да нам појасните следеће: да ли прихватате одступање димензија +- 5%, како бисте омогућил и другим понуђачима да учествују у јавној набавци, а тиме омогућили и већу конкуренцију, што је у складу са Законом о јавним набавкама, члан 7. Начело о обезбеђивању конкуренције и забране дискриминације.

Одговори:

**I појашњење**

**1. одговор за партију 14:**

Наручилац дозвољава да филтер буде димензија у распону од 0.45-0,50 микрона, с тим да ће понуђачи уз понуду доставити доказ да употребом филтера раствор остаје стерилан 3 (три) дана.

**2. одговор за партију 21:**

Наручилац ће брисати „safe flow“

**3. одговор за партију 22:**

Наручилац ће уместо цитотоксина захтевати да буде отпорна на хемотерапијске лекове. Што се тиче притиска од 3 бара наручилац ће то брисати из спецификације.

**II појашњење**

**1. одговор:**

Наручилац ће променити техничку спецификацију, те ће уместо појачани тражити: Спојени СМС –креп папир.

**2. одговор:**

Наручилац ће прихватити димензије у распону од 210мм до 220мм.

**III Појашњење**

Одговор: Наручилац ће дозволити такво одступање.

Следе измене документације.



Комисија за ЈН 35/2020

*[Handwritten signatures in blue ink]*