



Дел.бр.: 10/780
Датум: 23 JUL 2020

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну набавку број 35/2020–Набавка медицинског потрошног санитетског материјала.
На основу члана 63 став 2 Закона о Јавним набавкама заинтересована лица понуђача су тражила одређена појашњења

Питања:

I појашњење

Партија 3: Шприцеви и игле

Имајући у виду да је наручилац предходних година специфицирао предмет јавне набавке на врло прецизан начин, као и да је законска обавеза наручиоца да прецизно одреди техничке карактеристике добара која су предмет јавне набавке, молимо вас да прецизно дефинишете карактеристике добара и то у делу који се односи на:

1. да ли је потребно да понуђач достави овлашћење произвођача или овлашћеног заступника за учешће у поступку конкретне јавне набавке са наведеним називом производа и количинама према тендерској спецификацији?
2. да ли је потребно да назив производа из решења АЛМС буде истоветан називу производа из каталога производа, овлашћење произвођача или овлашћеног заступника за учешће на предметној набавци, да ли назив на унутрашњем паковању мора бити истоветан и јасно означен, као и да ли код шприцева на самом производу мора бити фабрички означен и/или ознака произвођача.

II појашњење

Молимо Вас да нам дате појашњење за партију 2:

1. у оквиру ставке 1, партије 2, наведена је „Епрувета за капиларну крв са адитивом K3-EDTA, 0,5 мл“, имајући у виду препоруке светских водича добре лабораторијске праксе попут CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) и ISTH (International Society on Trombosis and Hemostasis) да се као адитив избора за одређивање параметара за хематолошке анализе препоручује коришћење реагенса K2EDTA, да ли је могуће понудити „Епрувету за капиларну крв са адитивом K2EDTA, 0,5 мл, која представља еквивалент траженој ?

III Појашњење

Molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke broj 35/2020:

1. Partija 253: Ravna rolna sa faltom dimenzije 38cm x 100m (prozirna folija 60g/m2 sastavljena od plastičnog kompozitnog laminarnog filma i sterilizacionog papira spojene sa tri vara, unutrašnji sloj – polipropilen, spoljašnji sloj – poliester, otporan na toplotu)
Da li je prihvatljivo ponuditi ravnu rolnu sa faltom dimenzije 40cm x 100m, sa 3 indikatora koji se nalaze na spoljnoj ivici rolne?
2. Partija 245: Test prodiranja pare Bowie Dick VISA test, prema standard EN 11140-1, EN 867-1&4 klase B-D sterilizacioni ciklus na 134o/ 3,3min; 121o/ 15min.

EN 867 1&4 klasa B – D ne postoje kao takvi i isti potpadaju pod ISO 11140-1:2005, ISO 11140-4:2007. S tim u vezi, molimo Vas da promenite specifikaciju.

3. Partije 238 – 241:

Da li je prihvatljivo ponuditi rolne sa razlikom u dimenzijama +/- 2cm?

IV Појашњење

ZAHTEV ZA DODATNO POJAŠNJENJE

Javna nabavka 35/20 partija 168

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl glasnik RS BR. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), molimo da nam blagovremeno date pojašnjenje konkursne dokumentacije za Javnu nabavku 35/20.

Molimo Vas da postupite u skladu sa Članom 10,70 i 72 Zakona, za zahteve tehničke specifikacije. Partija 168/1

Pitanje:

Da li će naručilac prihvatiti kateter CV dvolumenski od 4,5F i dužine 6 cm?

Одговори:

I појашњење

Наручилац ће прихватити сугестије понуђача и изменити конкурсну документацију за партију 3.

II појашњење

Да, може се понудити Епрувету за капиларну крв са адитивом K2EDTA, 0,5 мл. Следи измена обрзаца понуде.

III Појашњење

1. За партију 253 наручилац неће мењати конкурсну документацију, јер такве карактеристике не одговарају.

2. За партију 245 прихватљиве су сугестије, наручилац ће променити документацију.

3. За партије 238-241 нису прихватљива одступања, и не можемо мењати документацију.

IV Појашњење

Величина централног венског катетера 4,5F, 6 cm неће одговарати нашим захтевима, јер је катетер краћи и мањег дијаметра, и не одговара због узраста деце.

Следе измене документације.

Комисија за ЈН 35/2020

