



Дел.бр.: 10/741-3  
Датум: 16.07.20

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавнунабавку број 35/2019–Набавка потрошног санитетског материјала.

На основу члана 63 став 2 Закона о Јавним набавкама заинтересована лица понуђача су тражила одређена појашњења

Питања:

I Захтев за додатним информацијама конкурсне документације за јавну набавку Медицински потрошни санитетски материјал, ЈН 35/2020

Да ли је потребно доставити све стране обрасца понуде (табеларни део) или је прихватљиво приложити само прву, последњу и стране са партијама за које се учествује?

II Партија 156 ЕМГ самолепљиве електроде, педијатријске 57 x 34 мм за уродинамику Имамо одређена неслагања што се тиче поручених количина и оригиналног паковања произвођача....

156/3 ММС5415И ректални ПВЦ балон катетери 4,5 Френча долазе у паковању од 25 комада а поручено је 20 комада

156/4 ММС уродинамичке цевчице за пуњење / ОБС 275/Ц / долазе у паковању од 50 комада а поручено је 20 комада

III Молимо Вас за додатно појашњење везано за јавну набавку - Медицински потрошни санитетски материјал, ЈН бр. 35/2020, за партију 73 – ЗАВОЈ К.У.Р., у вези следећег питања.

Питање:

За партију 73 – ЗАВОЈ К.У.Р. у конкурсној документацији навели сте распоред нити 14+10, где је укупна густина ткања завоја 24 нити /цм<sup>2</sup>. Да ли би наша понуда била прихватљива ако понудимо калико завоје са утканим рубом, распоредом нити 12+12, где је укупна густина завоја иста, 24 нити/цм<sup>2</sup>. Број нити је исти као што захтевате 24(14+10), самим тим густина 24(12+12) не може да утиче лоше на квалитет који тражите.

IV Молимо Наручиоца да одговори на следеће питање за Партију 122

Произвођач је променио конекцију SpO2 сензора, те M-LNCS конекција се више не производи. Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију. Нови опис сензора који има исте карактеристике у односу на каталашки број 2515 који ваша установа

користила је: Једнократни сензор неонатални < 3кг > са RD конекцијом. Напомињемо да ћемо уз сензоре испоручити и одг. RD каблове како би могли несметано да користе уређаје Masimo.

---

Одговори:

I Довољно је приложити почетне стране образца понуде у којима се попуњавају подаци о понуђачу или подизвођачу, или о учеснику о заједничкој понуди /35,36,37,38/ и последњу страну у којој се уписују рок плаћања, рок важења понуде../39/, а што се тиче образца понуде у ехелл табели довољно је приложити одштапане и потписане само партије за које понуђач даје понуду.

II Наручилац ће променити количину ставки у партији 156. Следи измена конкурсне документације.

III Наручилац ће прихватити такву понуду, с тим што наручилац задржава право да тражи узорке приликом струче оцене понуда.

IV Слажемо се. Следи измена конкурсне документације.

Комисија за ЈН 35/2020

