

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"



Радоја Дакића 6-8, 11070 Београд

тел: 3108-108; факс: 2697-232; e-mail: majkaidete@ptt.rs

Акредитован на 3 године решењем о издавању
сертификата А-21-08/2011 од 14.12.2011. године



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Дел. бр.: 10/342-3
Датум: 03.04.2015.

Предмет: Појашњења конкурсне документације за ЈН 03/2015

1. Питање

Поштовани, У складу са Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара број **ЈН 03/2015 – Медицински потрошни материјал**, слободни смо да тражимо додатно појашњење. Молимо Вас да појасните у партијама 139, 140 – Сензори за апарате NONIN, да ли се ради о једнократним или виšekратним сензорима? Ако се ради о виšekратним сензорима, молимо Вас да проверите процењене вредности, да случајно није дошло до грешке. Такође Вас молимо да за сав прибор који потражујете предметном набавком нагласите да ли се мисли на једнократни или виšekратни, како понуђачи не би дошли у ситуацију да доставе неодговарајуће понуде .

1. Одговор

Сензори из партија 139. и 140. су једнократни. Допуна на страни 64 конкурсне док.

2. Питање

ПАРТИЈА 7. Игле за спиналну анестезију - ставке 1, 2 и 4. Конкурсном документацијом је захтевано да игле буду дужине 88 мм. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда игала дужине 90 мм, с обзиром да је дужина од 90 мм стандардна код велике већине произвођача наведеног добра? Чак штавише, инсистирање на дужине од 88 мм, који имају игле само једног произвођача и буди основану сумњу да наручилац таквом спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног понуђача.

Сматрамо да би ваш позитиван одговор омогућио већу конкуренцију за предметну партију што о би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл. 10 Закона о јавним набавкама.

ПАРТИЈА 7. Игле за спиналну анестезију - ставка 3. Конкурсном документацијом је захтевано да игла буде дужине 40 мм. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда игала дужине 50 мм, с обзиром да је дужина од 50 мм стандардна код велике већине произвођача наведеног добра? Чак штавише, инсистирање на дужини од 40 мм, који имају игле само једног произвођача буди основану сумњу да наручилац таквом спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног понуђача.

Сматрамо да би Ваш позитиван одговор омогућио већу конкуренцију за предметну партију што би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл. 1.0 Закона о јавним набавкама.

2. Одговор

Игле за спиналну анестезију из партије 7. ставке 7/1 и 7/2 могу бити дужине 88 мм или 90мм. Игле за спиналну анестезију из партије 7. ставке 7/3 могу бити дужине 38мм или 40 мм али не 50 мм јер је то неодговарајућа дужина игала за лумбалну пункцију за коју се ове игле користе. Игле из ставке 7/4 могу бити дужине 88мм или 90мм. Допуна на страни 36 конкурсне док.

3. Питање.

ПАРТИЈА 17. Игле за спиналну анестезију и епидуралне каниле, ББраун или одговарајуће. Конкурсном документацијом је захтевано да игле буду дужине 88 мм. Да ли је за

наручиоца прихватљива понуда игала дужине 90 мм, с обзиром да је. дужина од 90 мм стандардна код велике већине производјача наведеног добра? Чак штавише, инсистирање на дужини од 88 мм, који имају игле само једног произвођача буди основану сумњу да наручилац таквом спецификацијом неоправдано елиминише конкуренцију у корист једног понуђача. Сматрамо да би Ваш позитиван одговор омогудио већу конкуренцију за предметну партију. Сто би у свему било у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из чл. 10 Закона о јавним набавкама.

3. Одговор

Игле за спиналну анестезију из партије 17. нису одговарајуће у дужини 90мм јер то не одговара узрасту деце- пацијената.

4. Питање

ПАРТИЈА 129. Систем за торакалну дренажу, једнокоморни 2000 мл. Молимо Вас да нам појасните које компоненте треба да садржи такав систем?

4 Одговор

Систем за торакалну дренажу из партије 129. је једнокоморни 2000мл. Садржи три основна дела :
- сабирну градуисану боцу запремине 2000мл са обележеним нултим нивоом / волумен праћења /,
- цеви зароњене у ниво воде и
- цево које иде директно у конекцију са торакалним дренажом (природно одводњавање односно сабирно цево). Допуна на странама 62 и 63 конкурсне док.

5. Питање

ПАРТИЈА 285. Ставка 3. Fogarty катетер, 12 Fr. Према нашим сазнањима која се могу сматрати веродостојним, с обзиром на чињеницу да смо снабдевачи Fogarty катетера за највеће здравствене установе у нашој републици, на тржишту наше републике не постоји регистрован Fogarty катетер величине 12 Fr. Из наведеног разлога Вам предлагемо да извршите одговарајуће измене конкурсне документације како би набавка предметног добра била успешно окончана.

5.Одговор

За партију 285 измене су следеће
ставка 285/1 : вел. Fr 4
ставка 285/2 : вел. Fr 5
ставка 285/3: вел. Fr 6
Измена на страни 87 конкурсне документације.

У вези ових појашњења извршене су допуне и измене конкурсне документације / VII измена и допуна конкурсне документације/.

