

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"



Радоја Дакића 6-8, 11070 Београд

тел: 3108-108; факс: 2697-232; e-mail: majkaidete@ptt.rs

Акредитован на 3 године решењем о издавању
сертификата А-21-08/2011 од 14.12.2011. године



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СРБИЈЕ

Дел. бр.: 10/454
Датум: 20.07.15

Предмет: Појашњења конкурсне документације за ЈН 03/2015 XVI

1. Питање

Да ли за партију 173 – Sensor за pulsni oksimetar (MAX – N – I ili odgovarajuće), у спецификацији коју сте дали додатним појашњењем број 10/409-3 од 15.04.2015.године, мислите на OxiMax™ технологију или OXI – MAX, како сте навели у појашњењу, обзиром да је OxiMax™ технологија којом могу бити опремљени Nellcor сензори, који су валидирани за коришћење на Nellcor – овим апаратима?

1. Одговор

Сматрамо да нема суштинске разлике између ова два назива за поменућу технологију. Као што се и види из детаљног описа за партију 173, тражени су сензори који су погодни за коришћење на Nellcor или Nellcor компатибилним апаратима. Уколико се понуде сензори који су опремљени неком другом технологијом који се не могу користити на Nellcor или Nellcor компатибилним апаратима, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2. Питање

На основу члана 93, Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 124/2012), молимо Вас за додатно појашњење, везано за партију 173 - Sensor за pulsni oksimetar (MAX – N – I ili odgovarajući):

- Чиме понуђач треба да докаже поседовање OxiMax™ технологије на понуђеним сензорима?

2. Одговор

Појашњење на странама 13, 14, 15 конкурсне документације.

3. Питање

Партија 111. - Rukavice Hirurške sa talkom – Молимо Вас да прецизније дефинишете карактеристике рукавице као што су: AQL 0.65, електронски тестиране, ниво протеина латекса испод 30 микрограма, дебљина на прстима минимум 0.20 mm по стандарду EN 455. Ово су карактеристике које гарантују да се рукавице не цепају, не праве микроперфорацију, да се лако облаче итд.приликом рада.

3.Одговор

Конкурсна документација се неће мењати.

4. Питање

Партија 112. - Rukavice Hirurške za operacionu salu, sa talkom – Молимо Вас да прецизније дефинишете карактеристике рукавице као што су: AQL 0.65, електронски тестиране, ниво протеина латекса испод 30 микрограма, дебљина на прстима минимум 0.20 mm по стандарду EN 455.

Ово су карактеристике које гарантују да се рукавице не цепају, не праве микроперфорацију, да се лако облаче итд.приликом рада.

4.Одговор

Конкурсна документација се неће мењати.

5. Питање

Партија 113. – Rukavice Hirurške za kardiohirurgiju i ortopediju – Молимо Вас да прецизније дефинишете карактеристике рукавице као што су дебљина 0.5 mm. Да ли мислите на дебљину дуплог зида рукавица? Немогуће је да се мисли на single wall thickness јер се такве рукавице не производе. Такође, молимо Вас да тражите сертификат од произвођача са печатом и потписом који доказује да су рукавице електронски тестиране.

5.Одговор

Конкурсна документација се неће мењати.

6. Питање


Партија 279 – Flaster 5x5cm – Молимо Вас да дефинишете да ли сте мислили на фластер на калему и са поклопцем који гарантује хигијенску употребу?

6.Одговор

Партија 279. FLASTER 5 cm x 5 m na platnu, Galoplast® ili odgovarajuće. То значи да производ који ће бити понуђен буде Galoplast® или одговарајуће, тј.мораће да задовољи све карактеристике Galoplast – а, укључујући и карактеристике које сте навели у питању.

Комисија за ЈН 03/2015

*Prof. Dr. sc.
M. Brkić
Nedimović T.
Aleksandra Džikić
Kosović M. Miroslav*



*Prof. Dr. sc.
M. Brkić*