



Дел.бр.: 10/760-2
Датум: 17 JUL 2020

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за Јавну набавку број 35/2020—Набавка потрошног санитетског материјала.

На основу члана 63 став 2 Закона о Јавним набавкама заинтересована лица понуђача су тражила одређена појашњења

I ПАРТИЈА 103.

Да ли је потребно да паковање, кесица у којој је појединачно упакован сваки антибактеријски филтер за спирометрију садржи и штисаљку за нос ?

Камо би се спречио унакрсни преноси инфекције са једног пацијента на другог коришћењем исте штисаљке за нос сматрамо да би наручилац требало да тражи да у кесици са антибактеријским филтером за спирометар треба да се налази и штисаљка за нос.

Цена филтера са штисаљком за нос и без штисаљке за нос је иста тако да није потребно да наручилац одваја додатна средства.

II Молим Вас да уважите нашу молбу као Вашег дугогодишњег добављача поводом партије број 58 (Централни венски катетери и прибор за одржавање катетера) а у вези са ЈН број 35/2020 (Медицински потрошни санитетски материјал) и исту раздвоји тена 3 засебне партије .

Одговор:

I Паковање може и не мора да садржи штисаљку за нос, то није од пресудног значаја, јер се микробиолошка исправност штисаљки безбедно одржава, на други начин. Важно је да филтер буде највеће ефикасности, т.ј. ефикасност филтрирања бактерија и вируса треба да буде 99.9999%.

II Наручилац не може у овом тренутку раздвајати партију 58.



Комисија за ЈН 35/2020

[Handwritten signature]